

Manaus, 16 de janeiro de 2026.

Ofício circular nº 005/2026 – CPL/CIGÁS.

(Referente ao Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001 /2026 – CPL/CIGÁS).

Senhores Licitantes,

A Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS informa que o Edital do Pregão Eletrônico nº 90001/2026, cujo objeto a contratação de laboratório especializado com acreditação RBC, nos serviços de calibração, verificação metrológica e manutenção de medidores de vazão de gás tipo turbina e rotativo, com frete incluso, informamos que:

Dos questionamentos e esclarecimentos:

Questionamento 1. O serviço contratado do objeto será calibração (RBC) ou ensaio (RBLE)?

Resposta 1: O objeto da presente licitação refere-se à prestação de serviços de calibração de medidores, a serem executados por laboratório acreditado pela Rede Brasileira de Calibração – RBC, em conformidade com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência e demais anexos do Edital.

Dessa forma, não se trata de serviço de ensaio (RBLE), mas sim de calibração, devendo os serviços ser realizados com emissão de certificado de calibração RBC, observados os critérios metrológicos, normas técnicas aplicáveis e exigências previstas no instrumento convocatório.

Atenciosamente,

DANIEL SILVA DOS SANTOS

Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação – CPL/CIGÁS

Visto:

ODÍLIO MENDONÇA DA SILVA

Coordenador da Comissão Permanente de Licitação – CPL/CIGÁS